

Viranhaltija ja virka-asema
Harjunpää Anne
Hankintajohtaja

Päivämäärä / pykälä
11.06.2024 / § 57/2024

1876/02.08.00/2024

Asia	Navigaattorin hankinta anestesia- ja leikkaustoimintaan, oikaisuvaatimuksen käsittely
Perustelut	Somatiikan palvelualue on esittänyt navigaattorin hankintaa anestesia, leikkaus, teho ja dialyysi -vastuualueelle Medtronic Finland Oy:ltä. Navigaattoria käytetään poskiontelotoimenpiteissä (FESS), jotta nähdään tarkka sijainti operaatioalueella. Laitteella nähdään tarkasti poistettava kudos ja potilaan nenäontelon rakenteet. Yksikkö on tehnyt navigaattorin hankinnasta vertailua markkinoilla olevien Medtronic Finland Oy:n sekä Stryker Oy:n laitteiden osalta. Hankinnasta tehtiin hankintajohtajan hankintapäätös 29.5.2024 § 50. Stryker Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen ja pyytää oikaisua hankintapäätöksen virheellisistä tiedoista. Stryker Oy:n mukaan Strykerin laitteisto ei vaadi uuden shaverin hankintaa, sillä olemassa oleva shaver voidaan liittää laitteistoon monikäyttöisen puristimen avulla. Lisäksi Stryker Oy:n mukaan pääanalusmittari ei ole sellainen tekninen ominaisuus, jolla olisi varsinaisesti merkitystä laitteen toiminnan kannalta. Tämä tekninen ominaisuus on mahdollista toteuttaa vaihtoehtoisella tavalla. Oikaisuvaatimuksen perusteella päätöksen perusteluita oikaistaan seuraavasti: Yksikössä on ennestään olemassa Shaver -keskusyksikkö, johon Medtronic Oy:n tarjoama laite on yhteensopiva, sekä pitkäikäiset monikäyttöinstrumentit, jotka soveltuvat käytettäväksi kyseisen laitteen kanssa. Shaverin käyttö Stryker Oy:n laitteen kanssa vaatii instrumenttiin liitettävän monikäyttöisen puristimen yhdistämistä. Stryker Oy:n laitteeseen tarvittavista instrumenteista osaa ei ole hankittavissa pitkäikäisinä, vaan instrumentit on uusittava 10 käyttökerran jälkeen, mikä nostaa laitteen käyttökustannuksia. Medtronic Oy:n tarjoama laite on edullisin sekä hankintahinnaltaan että käyttökustannuksiltaan. Medtronic Oy:n navigaattoriin on saatavissa pääanalusemitteri, joka helpottaa ja nopeuttaa potilaan käsittelyä leikkaustilanteessa. Pääanalusemitteriä Stryker Oy:llä ei ole tarjota. Medtronic Oy:llä on yhteensopiva navigoiva shaver jo olemassa olevaan keskusyksikköön ilman lisälaitteiden liittämistä. Suorahankinnalle on olemassa hankintalain 40.2 § 2 kohdan mukaiset perusteet; teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö 80 § ja hankintasääntö

