Viranhaltija ja virka-asema
Tuliniemi Katja
Vs Toimialuejohtaja/Sairaala- ja akuuttipalvelut

Päivämäärä / pykälä
5.11.2026 / § 50/2026

5506/02.08.00/2026

| | |
|---|---|
| **Asia** | **Magneettilaiteen MAgneton avanto varaosan hankinta radiologian yksikköön.** |
| **Perustelut** | Soiten lääkintätekniikka ja radiologian yksikkö esittävät magneetin kylmäpään hankintaa Siemens Healthcare Oy:ltä.<br><br>Magneettitutkimuslaitteiston kylmäpää ei toimi normaalisti ja se on vaihdettava mahdollisimman pian. Voimassa oleva huoltosopimus ei kata varaosia. Vaihdossa vaihdetaan kylmäpää sekä heliumin täyttö.<br><br>Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 36 000 € (alv 0 %).<br><br>Siemens Healthcare Oy on ainoa toimittaja, joka pystyy toimittamaan kyseisen varaosan.<br><br>Kyseessä on hankintalain kynnysarvon alittava pienhankinta. Suorahankinnalle on olemassa edellä esitetyt tekniset perusteet. |
| **Toimivallan peruste** | Hallintosääntö §83 ja hankintasääntö. |
| **Päätös** | Päätetään hankkia magneettilaitteiston kylmäpää tarvikkeineen Siemens Healthcare Oy:ltä. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on noin 36 000 € (alv 0 %). |
| **Allekirjoitus** | Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.<br><br>Tuliniemi Katja Vs Toimialuejohtaja/Sairaala- ja akuuttipalvelut |